

Протокол № 2

итогов тендера проведении закупа профилактических (диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения , из средств республиканского бюджета по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2018 год.

г. Павлодар

05 мая 2018 года

В соответствии с требованиями Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, утвержденного Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729(далее – Правила), тендерная комиссия в составе:

1) Акильжанова С.К. — главный врач кардиохирургической клиники (заместитель директора по лечебной работе).

Заместитель председателя тендерной комиссии:

2) Абдраманова С.С. - заместитель директора по консультативно-диагностической службе

Члены тендерной комиссии:

3) Кусаинова А.Т.. - начальник правового обеспечения и государственных закупок;

4) Аманжолова Б.М. - главная медицинская сестра;

5) Жабагина Р.М. - провизор.

Наименование и картное описание товаров:

№ лота	Наименование	Ед. изм	Кол-во	условия поставки
1	Термографическая пленка, размер 35*43 см, в комплекте с цифровым термографическим принтером для печати радиологических изображений Термографическая пленка, размер 35*43 см, предназначена для получения сухих твердых копий диагностических изображений на термографическом принтере и должна применяться в общей радиологии и при специальных исследованиях, требующих высокого разрешения и контрастности: Данная пленка должна быть не чувствительна к дневному свету, вследствие чего загрузка термографического принтера производится в обычных условиях отделения, как простого офисного принтера; Пленка должна содержать голубую полиэстеровую подложку, которая значительно улучшает восприятие мелких деталей изображения и снижает утомляемость глаз; Пленка должна быть выполнена на 168-микронной PET подложке, должна быть покрыта солями серебра и иметь защитный слой; Углы пленки должны быть скругленными и позволять использовать ее как привычную рентгеновскую; Пленка должна содержать серебро-несущий слой не чувствительный к свету, но реагировать на высокие температуры, обеспечивая низкий уровень вуали, высокую оптическую плотность и контрастность диагностического изображения, одновременно с превосходной стабильностью; Пленка должна содержать защитный слой, который придает пленке устойчивость к царапинам, воздействию влаги и другим неблагоприятным внешним воздействиям; Пленка должна иметь высокую контрастность, обеспечиваюшая Dmax> 3.0;	КОМПЛЕКТ	1	Г. Павлодар, ул. Ткачева, 10/3, КГП на ПХВ "Павлодарский областной кардиологический центр. В течении 3х дней после получения заявки, до 31го декабря 2018 года

<p>Максимальная оптическая плотность плёнки:>3.0; Упаковка плёнки должна быть полностью утилизируемая; Упаковка и хранение плёнки (соответствие): 100 листов в коробке Срок хранения: 18 месяцев после даты выпуска Температура хранения: 5-25 °C при относительной влажности воздуха 30-60%; При загрузке пленки не допускается ее сгибание, деформация; Сроки архивирования должны соответствовать требованиям ANSI IT 9.11 и IT 9.19; Минимальный срок сохранения изображения 20 лет; Плёнка предназначена для использования в медицинских принтерах черно-белого изображения</p> <p>Цифровой термографический принтер для печати радиологических изображений. Настольный медицинский принтер с технологией прямой термопечати (соответствие): - Два лотка и два формата плёнки в одновременном доступе - Разрешающая способность печати – 320 dpi. - Сетевые интерфейсы: Ethernet 10/100. - Сетевые протоколы: TCP/IP, HTTP. - Внутренняя память (жёсткий диск) – не менее 18 Гб. Стандартное оснащение: емкость жесткого диска не менее 18 Гбайт, оперативная память не менее (ОЗУ) 512 Мб, внешнее запоминающее устройство - флэш-карта формата CF не менее 64 Мб. Термопринтер должен читать следующие форматы плёнки: 20.3 x 25.4 см, 25.4 x 30.5 см, 28 x 35 см, 35 x 43 см. Производительность принтера: плёнка формата 8" x 10" (20.3 x 25.4 см) – не менее 140 листов в час; плёнка формата 14" x 17" (35 x 43 см) – не менее 75 листов в час. Геометрическое разрешение: 11" x 14" – 3348 x 4358 пикселей, диагностическая область 3300 x 4256 пикс. 14" x 17" – 4358 x 5232 пикселей, диагностическая область 4256 x 5174 пикс. Русскоязычный интерфейс пользователя. Параметры электропитания: 220 V (50 - 60 Hz).</p>	шт	2	г. Павлодар, ул. Ткачева, 10/3, КГП на ПХВ "Павлодарски й областной кардиологиче ский центр. В течении 15ти дней после подписания договора
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Выделенные суммы закупаемых изделий медицинского назначения (расходных) материалов, в размере **12 200 000,00 (двенадцать миллионов двести тысяч)** тенге

Наименование, местонахождение, квалификационные данные потенциальных поставщиков(см. *Приложение№1 к протоколу итогов*).

По итогам рассмотрения представленных таблиц цен потенциальных поставщиков, установила ценовые предложения потенциальных поставщиков:

ТОО «ЛПУ снаб»- 10 598 800(десять миллионов пятьсот девяносто восемь тысяч восемьсот)тенге

Вместе с тем, на основании пункта 80 Правил тендерная комиссия в целях уточнения соответствия потенциальных поставщиков квалификационным требованиям,рассмотрела информацию размещенную на интернет ресурсе уполномоченных органов, и установила непричастность потенциальных поставщиков к процедурам, банкротства, ликвидации, и их отсутствие в перечне недобросовестных поставщиков.

Рассмотрев, тендерную документацию и представленные тендерные заявки потенциальных поставщиков, **УСТАНОВИЛА:**

По результатам рассмотрения представленных тендерных заявок Тендерная комиссия **РЕШИЛА:**

1. Признать закуп несостоявшимся на основании подпункта 2) пункта 84 Правил в связи представлением менее двух тендерных заявок.
2. Информация о привлечении экспертов:
Молайханов Т.А.- врач лучевой диагностики (рентгенолог)

Протокол об итогах тендера размещается на интернет-ресурсе организатора закупа. Заказчик в течение пяти календарных дней со дня подведения итогов тендера либо получения итогов закупа от организатора закупа направляет потенциальному поставщику подписанный договор закупа, составляемый по формам, утвержденным уполномоченным органом в области здравоохранения.

Председатель тендерной комиссии:

Акильжанова С. К.

Заместитель председателя
тендерной комиссии

Абдраманова С.С.

Члены тендерной комиссии

Кусаинова А.Т.

Аманжолова Б.М.

Жабагина Р.М.

Секретарь тендерной комиссии

Сергазина Г.Б.