

## Протокол № 67

### Закупа способом из одного источника медицинских изделий, из средств республиканского бюджета по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2021 год.

г. Павлодар

28 июня 2021 года

В соответствии с подпунктом 4 пункта 105 Главы 10 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года №375 (далее - Правила), имеется потребность в дополнительном объеме товаров в том же финансовом году, при неизменности цены, торгового наименования и качества товара, приказом №4-01-04/260 от 24.06.2021 года приняло решение о проведении закупа способом из одного источника.

Заклучить дополнительное соглашение к договору № 40 от "02" марта 2021г. с **ТОО "Мелиор LTD"**

№ п/п	Наименование медицинских изделий	Регистрационное наименование, страна-производитель, завод-изготовитель, регистрационный номер	Ед.изм	кол-во	цена	сумма
1	Баллон с калибровочным газом 1. Газовый баллон, наполненный прецезионными трехкомпонентными газовыми смесями (19,8% O <sub>2</sub> , 5,6% CO <sub>2</sub> , азот), предназначенные для калибровки электродов рO <sub>2</sub> , рCO <sub>2</sub> в анализаторах ABL800/ABL700. Давление 34 бар	Баллон с калибровочным газом 1. Газовый баллон, наполненный прецезионными трехкомпонентными газовыми смесями (19,8% O <sub>2</sub> , 5,6% CO <sub>2</sub> , азот), предназначенные для калибровки электродов рO <sub>2</sub> , рCO <sub>2</sub> в анализаторах ABL800/ABL700. Давление 34 бар РК-МТ-5№017572 Radiometer Medical ApS Дания	штука	6	201 950	1 211 700
2	Баллон с калибровочным газом 2. Газовый баллон, наполненный прецезионными двухкомпонентными газовыми смесями (11,2% CO <sub>2</sub> , азот), предназначенные для калибровки электродов рO <sub>2</sub> , рCO <sub>2</sub> в анализаторах ABL800/ ABL 700. Давление 34 бар	Баллон с калибровочным газом 2. Газовый баллон, наполненный прецезионными двухкомпонентными газовыми смесями (11,2% CO <sub>2</sub> , азот), предназначенные для калибровки электродов рO <sub>2</sub> , рCO <sub>2</sub> в анализаторах ABL800/ ABL 700. Давление 34 бар РК-МТ-5№017572 Radiometer Medical ApS Дания	штука	6	201 950	1 211 700
	<b>Итого:</b>					<b>2 423 400</b>

*оку*

Заказчик в течение пяти календарных дней направляет потенциальному поставщику подписанное соглашение к договору закупа, составляемый по формам, утвержденным уполномоченным органом в области здравоохранения.

**И.о. директора**



**Г. Шакирова**