

**№ 38 ХАТТАМА**  
**баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен**  
**№38 хабарландыруға сатып алу қорытындылары туралы**

Павлодар қ.

2023ж. «15» маусым

1. Павлодар облысы әкімдігі, Павлодар облысы Денсаулық сақтау басқармасының "Павлодар облыстық кардиологиялық орталығы" ШЖҚ КМК мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушысы баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен дәрілік заттарды қайта сатып алды:

№	Атауы	Өлшем бірлігі	Саны	Бағасы	Сомасы
1	<p>Өткізгіш катетер. Проксимальды бөлігі - нейлон, дистальды бөлігі-полиуретан. Ұзындығы-90, 95, 100 см.сыртқы диаметрі - 6 F. катетердің күшейтілген қабырғасы – ұшына дейін екі қабатты болат тор. "Гибридті технология" өру. Ішкі төсем-тефлон. Хаб материалы-поликарбонат. Ұзындығы 0.011 жұмсақ атравматикалық ұшы". Катетердің ішкі люмені-0.056 " кем емес. Катетердің ішкі люмені 6 FR катетер-кем дегенде 0.070". Катетердің ішкі люмені 7 FR катетер-кем дегенде 0.078". Ұштың пішіні-CBL, MPC, MPD, SIM, SIM 2, STR, Cerebral, Headhunter, HeadHunter I, Multi purpose, H H-1, H1, Stray, Simon, Cereb. Стерильді түрде жеткізіледі.</p>	дана	30	113420	3 402 600
2	<p>Интракраниальды тамырларға арналған 0.088" ішкі диаметрі бар өткізгіш катетер. Сыртқы диаметрі (проксимальды /дистальды) 8F. жұмыс ұзындығы 80 см, 90 см, 100 см.икемді дистальды аймақ 4 см. дистальды аймақ оңтайлы сырғанау үшін гидрофильді жабынмен жабдықталған. Өткізгіштің үйлесімділігі 0,035 / 0,038 дюйм. Ұштың түрі түзу немесе әмбебап. Катетер материалы - сыртынан нейлон, ортаңғы бөлігі-күшейтілген екі қабатты болат тор, ішкі беті – тефлон. Процедура кезінде ішкі люменді ұлғайту және люменді қолдау үшін екі қабатты металл тормен өрудің гибридті технологиясы. Дилатор мен гемостатикалық клапан бар.</p>	дана	3	280000	840 000
3	<p>Интракраниальды екі люменді цилиндр. Перфузияны жақсарту мақсатында ми артерияларының стенозын емдеуге арналған шар катетері. Баллон 0.0165 " ішкі диаметрі бар өткізгіш арқылы қозғалады. Жұмыс ұзындығы 150 см. екі Люменді шар катетері (OTW), сыртқы дистальды диаметрі 2.7, сыртқы проксимальды диаметрі 3.7 F. номиналды жұмыс қысымы батм, номиналды үзіліс қысымы 14атм. Цилиндрдің диаметрлері: 1.5 / 2.0 /2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 мм. цилиндрдің жұмыс Ұзындығы 8 мм. ұзындығы 10 мм жылжымалы ұшы. Үш маркердің болуы-катетердің орналасуын бақылау үшін орналастырылған икемді ұшқа арналған алғашқы дистальды маркер, цилиндрдің номиналды ұзындығы үшін екі маркер. Өткізгішпен</p>	дана	2	500000	1 000 000

үйлесімді $\leq 0.014$ ". Гидрофильді жабынның болуы. Стентті шар катетері арқылы жеткізу мүмкіндігі.				
<b>Барлығы:</b>				<b>5 242 600</b>

Бөлінген сома: **5 242 600 (бес миллион екі жүз қырық екі мың алты жүз) теңге 00 тиын.**

2. Осы әдісті қолдану негіздемесі-тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру, фармацевтикалық қызметтер жүйесінде дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды және мамандандырылған емдік өнімдерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларына сәйкес (**бұдан әрі- Қағидалар**)

3. Келесі жеткізушілер өздерінің баға ұсыныстарын ұсынды:

р/с №	Атауы	Күні	Уақыты
1	«А-37» ЖШС	14.06.2023г.	10-14

4. Ұсынылған баға кестелерін қарау қорытындысы бойынша әлеуетті өнім беруші хаттамаға №1 қосымшаға сәйкес әлеуетті өнім берушілердің баға ұсыныстарын белгіледі.

5. Конверттерді ашу рәсімі ZOOM форматында өтті, келесі әлеуетті жеткізушілердің өкілдері қатысты:

1. «А-37» ЖШС

6. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы осы сатып алу нәтижелері бойынша **ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:**

1) **Қағидалардың 139-тармағының негізінде** баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуға баға ұсынысы мен құжаттары осы Қағидалардың 141-тармағына сәйкес ұсынылған бір әлеуетті өнім берушінің қатысуына байланысты **Алматы қаласы, Нұр Алатау ш/а, Қазыбек Тауасарұлы көшесі, 24 үй мекенжайындағы "А-37" ЖШС №1 лот бойынша жеңімпаз деп танылсын. жалпы сомасы 3 402 000 (үш миллион төрт жүз екі мың) теңге 00 тиын.**

2) Қағидалардың 140-тармағының негізінде баға ұсыныстарының болмауына байланысты №2, №3 лоттар бойынша сатып алу өткізілмеді деп танылсын.

7. Жеңімпаз Тапсырыс берушіге 10 күнтізбелік күн ішінде біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынсын:

1) Фармацевтикалық қызметке және (немесе) есірткі құралдарының, психотроптық заттар мен прекурсорлардың айналымы саласындағы қызметті жүзеге асыруға тиісті лицензияның, медициналық бұйымдарды көтерме және (немесе) бөлшек саудада өткізу жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаның "Рұқсаттар мен хабарламалар туралы" Заңға сәйкес алынған (жіберілген) электрондық құжат түріндегі көшірмелері; туралы мәліметтер мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінде расталады. "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" Заңға сәйкес мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінде мәліметтер болмаған жағдайда, әлеуетті өнім беруші фармацевтикалық қызметке және (немесе) есірткі құралдарының, психотроптық заттар мен прекурсорлардың айналымы саласындағы қызметті жүзеге асыруға тиісті лицензияның, медициналық бұйымдарды көтерме және (немесе) бөлшек саудада өткізу жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаның нотариат куәландырған көшірмесін ұсынады;

2) заңды тұлға құрмай кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға құқық беретін құжаттың көшірмесі (кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлға үшін);

3) заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтама, жеке куәліктің немесе паспорттың көшірмесі (кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлға үшін);

4) заңды тұлға жарғысының көшірмесі (егер жарғыда құрылтайшылардың, қатысушылардың немесе акционерлердің құрамы көрсетілмесе, онда акцияларды ұстаушылар тізілімінен үзінді көшірме немесе құрылтайшылардың, қатысушылардың құрамы туралы үзінді көшірме немесе сатып алу жарияланған күннен кейін құрылтай шартының көшірмесі ұсынылады);

5) "Электрондық үкімет" веб-порталы немесе "салық төлеуші кабинеті" веб-қосымшасы арқылы алынған, мемлекеттік кіріс органдарында есепке алу жүргізілетін берешектің жоқ (бар) екендігі туралы мәліметтер;



№	Атауы	Өлшем бірлігі	Саны	Бірлік бағасы, тенге	Жалпы сомасы, тенге	«А-37» ЖШС	
						бағасы	сомасы
лот №1	Өткізгіш катетер. Проксимальды бөлігі - нейлон, дистальды бөлігі-полиуретан. Ұзындығы-90, 95, 100 см.сыртқы диаметрі - 6 F. катетердің күшейтілген қабырғасы – ұшына дейін екі қабатты болат тор. "Гибридті технология" өру. Ішкі төсем-тефлон. Хаб материалы-поликарбонат. Ұзындығы 0.011 жұмсақ атравматикалық ұшы". Катетердің ішкі люмені-0.056 " кем емес. Катетердің ішкі люмені 6 FR катетер-кем дегенде 0.070". Катетердің ішкі люмені 7 FR катетер-кем дегенде 0.078". Ұштың пішіні-CBL, MPC, MPD, SIM, SIM 2, STR, Cerebral, Headhunter, HeadHunter I, Multi purpose, H H-1, H1, Stray, Simon, Cereb. Стерильді түрде жеткізіледі.	дана	30	113420,00	3 402 600,00	113 400,00	3 402 000,00
лот №2	Интракраниальды тамырларға арналған 0.088" ішкі диаметрі бар өткізгіш катетер. Сыртқы диаметрі (проксимальды /дистальды) 8F. жұмыс ұзындығы 80 см, 90 см, 100 см.икемді дистальды аймақ 4 см. дистальды аймақ оңтайлы сырғанау үшін гидрофильді жабынмен жабықталған. Өткізгіштің үйлесімділігі 0,035 / 0,038 дюйм. Ұштың түрі түзу немесе әмбебап. Катетер материалы - сыртынан нейлон, ортанғы бөлігі-күшейтілген екі қабатты болат тор, ішкі беті – тефлон. Процедура кезінде ішкі люменді ұлғайту және люменді қолдау үшін екі қабатты металл тормен өрудің гибриді технологиясы. Дилатор мен гемостатикалық клапан бар.	дана	3	280000,00	840 000,00		
лот №3	Интракраниальды екі люменді цилиндр. Перфузияны жақсарту мақсатында ми артерияларының стенозын емдеуге арналған шар катетері. Баллон 0.0165 " ішкі диаметрі бар өткізгіш арқылы козғалады. Жұмыс ұзындығы 150 см. екі Люменді шар катетері (OTW), сыртқы дистальды диаметрі 2.7, сыртқы проксимальды диаметрі 3.7 F. номиналды жұмыс қысымы батм, номиналды үзіліс қысымы 14атм. Цилиндрдің диаметрлері: 1.5 / 2.0 /2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 мм. цилиндрдің жұмыс Ұзындығы 8 мм. ұзындығы 10 мм жылжымалы ұшы. Үш маркердің болуы-катетердің орналасуын бақылау үшін орналастырылған икемді ұшқа арналған алғашқы дистальды маркер, цилиндрдің номиналды ұзындығы үшін екі маркер. Өткізгішпен үйлесімді $\leq 0.014$ ". Гидрофильді жабынның болуы. Стентті шар катетері арқылы жеткізу мүмкіндігі.	дана	2	500000,00	1 000 000,00		
	<b>Барлығы:</b>				<b>5 242 600,00</b>		

**ПРОТОКОЛ №38 об итогах закупа  
способом запроса ценовых предложений по объявлению №38**

**г.Павлодар**

**«15» июня 2023г.**

1.Организатор государственных закупок КГП на ПХВ «Павлодарский областной кардиологический центр» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области провел закуп медицинских изделий способом запроса ценовых предложений:

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, тенге	Общая сумма, тенге
1	<p>Проводниковый катетер. Проксимальная часть - нейлон, дистальная - полиуретан. Длина - 90, 95, 100 см. Наружный диаметр - 6 F. Армированная стенка катетера – двухслойная стальная сетка до кончика. "Гибридная технология" оплетки. Внутренняя выстилка - тефлон. Материал хаба - поликарбонат. Мягкий атравматичный кончик длиной 0.011". Внутренний просвет катетера катетера - не менее 0.056". Внутренний просвет катетера 6 Fг катетера - не менее 0.070". Внутренний просвет катетера 7 Fг катетера - не менее 0.078". Форма кончика - CBL, MPC, MPD, SIM, SIM 2, STR, Cerebral, Headhunter, Headhunter I, Multipur-pose, HH-1, H1, Strai, Simmon, Cereb. Поставляется стерильным.</p>	штука	30	113420	3 402 600
2	<p>Проводниковый катетер с внутренним диаметром 0.088" для интракраниальных сосудов. Наружный диаметр (проксимальный /дистальный) 8F. Рабочая длина 80 см, 90 см, 100 см. Гибкий дистальный участок 4 см. Дистальный участок снабжен гидрофильным покрытием для оптимального скольжения. Совместимость с проводником 0,035/0,038 дюйма. Тип кончика – прямой или универсальный. Материал катетера – снаружи нейлон, средняя часть - армированная двухслойная стальная сетка, внутренняя поверхность – тефлон. Гибридная технология оплетки двуслойной металлической сеткой для увеличения внутреннего просвета и поддержки просвета во время процедуры. В комплекте дилатор и гемостатический клапан.</p>	Штука	3	280000	840 000
3	<p>Интракраниальный двухпросветный баллон. Баллонный катетер для лечения стеноза мозговых артерий с целью улучшения перфузии. Баллон двигается по проводнику с внутреннем диаметром 0.0165". Рабочая длина 150 см. Двухпросветный баллонный катетер (OTW), внешний дистальный диаметр 2.7F, внешний проксимальный диаметр 3.7F. Номинальное рабочее давление 6 атм, номинальное давление разрыва 14 атм. Диаметры баллона: 1.5 / 2.0 /2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 мм. Рабочая длина баллона 8 мм. Подвижный кончик длиной 10 мм. Наличие трех маркеров - первый дистальный маркер для</p>	штука	2	500000	1 000 000

гибкого кончика, размещенный для контроля положения катетера, два маркера для номинальной длины баллона. Совместим с проводником $\leq 0.014$ ". Наличие гидрофильного покрытия. Возможность доставки стента через баллонный катетер.				
<b>Итого</b>				<b>5 242 600</b>

Выделенная сумма: **5 242 600 (пять миллионов двести сорок две тысячи шестьсот) тенге 00 тиын.**

2.Обоснования применения данного способа – согласно Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг (**далее Правила**)

3.Следующие поставщики представили свои ценовые предложения:

№ п/п	Наименование	Дата	Время
1	ТОО «А-37»	14.06.2023г.	10-14

4.По итогам рассмотрения представленных таблиц цен потенциальным поставщиком, установила ценовые предложения потенциальных поставщиков согласно приложения №1 к протоколу.

5. Процедура вскрытия конвертов проходила в формате ZOOM, представители следующих потенциальных поставщиков присутствовали:

1. ТОО «А-37»

6.Организатор государственных закупок по результатам данных закупок **РЕШИЛ:**

1) **На основании п.139 Правил**, в связи с тем, что в закупа способом запроса ценовых предложений принимает участие один потенциальный поставщик, ценовое предложение и документы которого представлены в соответствии с пунктом 141 настоящих Правил **признать победителем ТОО «А-37», находящегося по адресу г. Алматы, мкр. Нур Алатау, ул. Казыбек Тауасарулы, д. 24 по лоту №1 на общую сумму 3 402 000 (три миллиона четыреста две тысячи) тенге 00 тиын.**

2) На основании п.140 Правил признать закуп по лотам №2, №3 несостоявшимся, в связи с отсутствием ценовых предложений.

7.Победителю представить Заказчику в течении 10 календарных дней документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям:

1) копии соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий либо в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с Законом «О разрешениях и уведомлениях», сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий, полученных в соответствии с Законом «О разрешениях и уведомлениях»;

2) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

3) справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, копию удостоверения личности или паспорта (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

- 4) копию устава юридического лица (если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, то также представляются выписка из реестра держателей акций или выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора после даты объявления закупа);
- 5) сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов, полученные посредством веб-портала «электронного правительства» или веб-приложения «кабинет налогоплательщика»;
- 6) оригинал справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан (если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан).

Директор



Джакова Г.Е.

№	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Цена за единицу, тенге	Общая сумма, тенге	ТОО «А-37»	
						цена	сумма
лот №1	Проводниковый катетер. Проксимальная часть - нейлон, дистальная - полиуретан. Длина - 90, 95, 100 см. Наружный диаметр - 6 F. Армированная стенка катетера – двухслойная стальная сетка до кончика. "Гибридная технология" оплетки. Внутренняя выстилка - тефлон. Материал хаба - поликарбонат. Мягкий атравматичный кончик длиной 0.011". Внутренний просвет катетера катетера - не менее 0.056". Внутренний просвет катетера 6 Fг катетера - не менее 0.070". Внутренний просвет катетера 7 Fг катетера - не менее 0.078". Форма кончика - CBL, MPC, MPD, SIM, SIM 2, STR, Cerebral, Headhunter, Headhunter I, Multipur-pose, HH-1, H1, Strai, Simmon, Cereb. Поставляется стерильным.	штука	30	113420,00	3 402 600,00	113 400,00	3 402 000,00
лот №2	Проводниковый катетер с внутренним диаметром 0.088" для интракраниальных сосудов. Наружный диаметр (проксимальный /дистальный) 8F. Рабочая длина 80 см, 90 см, 100 см. Гибкий дистальный участок 4 см. Дистальный участок снабжен гидрофильным покрытием для оптимального скольжения. Совместимость с проводником 0,035/0,038 дюйма. Тип кончика – прямой или универсальный. Материал катетера – снаружи нейлон, средняя часть - армированная двухслойная стальная сетка, внутренняя поверхность – тефлон. Гибридная технология оплетки двуслойной металлической сеткой для увеличения внутреннего просвета и поддержки просвета во время процедуры. В комплекте дилатор и гемостатический клапан.	Штука	3	280000,00	840 000,00		
лот №3	Интракраниальный двухпросветный баллон. Баллонный катетер для лечения стеноза мозговых артерий с целью улучшения перфузии. Баллон двигается по проводнику с внутреннем диаметром 0.0165". Рабочая длина 150 см. Двухпросветный баллонный катетер (OTW), внешний дистальный диаметр 2.7F, внешний проксимальный диаметр 3.7F. Номинальное рабочее давление 6 атм, номинальное давление разрыва 14 атм. Диаметры баллона: 1.5 / 2.0 /2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 мм. Рабочая длина баллона 8 мм. Подвижный кончик длиной 10 мм. Наличие трех маркеров - первый дистальный маркер для гибкого кончика, размещенный для контроля положения катетера, два маркера для номинальной длины баллона. Совместим с проводником ≤ 0.014". Наличие гидрофильного покрытия. Возможность доставки стента через баллонный катетер.	штука	2	500000,00	1 000 000,00		
<b>ИТОГО:</b>						<b>5 242 600,00</b>	